

Hammasvälineen oikaisuvaatimus Loviisan kaupungin tekemään päätökseen

Helsingin kaupungin tarjouspyynnöstä HEL 2018-007505

Suun terveydenhuollon instrumenttien hankinta yhteishankintana

Hammasvähile Oy hakee oikaisua seuraaviin hankintayksikön tekemiin päätöksiin edellä mainitun kilpailutuksen osalta:

1) Kohta 1601010401 : Sama pihti Hu-Friedylta 678-113 on hylätty Hammasvälineen (110,68e) kohdalla ja heti seuraavalla rivillä valittu Ortomat-Herpolalta (129,00e).

Pyydämme korjaamaan päätöksen tältä kohdalta.

2) 1601030201 ligatuurankatkaisija: hylätty Ligatuurankatkaisija 3000/110TC micro 012 perusteluna, että varsien sisäpinnan koverrus hankaa / siro / tylsyy nopeasti, kokemusta on.

Mielenkiintoinen väittäjä, sillä kysysisessä pihdissä ei ole koverrettuja kahvoja ja toisaalta sitä ei ole myyty HUS-alueelle, joten kokemus ihmetyttää. Tässä tuote on sotkettu toiseen. Tästä pihdistä oltu hoitoloissa todella kiinnostuneita.

3) 1602010301 Adams pihti: valittu pihti Orthomat-Herpolalta, vaikkei pihti ollut nähtävänä ja arvio oli, että pihti on isohko. Oliko tämä valinta oikein?

Samassa kohdassa hylätty Hammasvälineen tarjoama pihti siksi, että se olisi liian pieni isokätisille. Ovatko kaikki oikoajat isokätisiä – entäs pienikätiset oikoajat?

4) 1602020100 Angle : Valittu pihti, jonka arviot : kärki paksu ja kömpelö kömpelö muotoilu huono isohko kärki.

5) Kohta 1602050201 kolmikärkipihti 3000/57 pihti ei ole tullut valituksi, koska pihdissä ei ollut merkintää mille langalle se on. Arvio: *muuten hyvä käteen, mutta paksumerkintä puuttuu.* Myynnissä olevissa yksilöissä tuolta valmistajalta on kaikissa merkintä langasta – vain tuosta mallipihdistä se puuttuu ja siitä mainitsin asiata huomauttaneita. Valituksi tuli sen sijaan pihti, jonka arviossa sanotaan: *liian lyhyt kärki siro lyhyt kärki tylppä kärki.* Toisen valituksi tulleen arviot: *lyhyehkö kärki, iso kärki.* Palveleeko valitut pihdit käyttäjiä?

6) Kohta 1602070501 Steppi pihti: Huomioitko, että tarjotut Savarian pihdit ovat kaksipuoleiset (=oikealle ja vasemmalle), jolloin ne ovat huomattavasti edullisemmat kilpaileviin pihteihin nähden? Näillä myös tyytyväisiä käyttäjiä Suomessa.

7) Kohta 1604060301 Kiinnikkeen korkeusmitta, hämähäkki lyijyllä. Hammasvälineet tuote hylätty puuttuvan laatusertifikaatin vuoksi. Tuotteella on valmistajan laatusertifikaatti, jota ei ole haluttu paljastaa kilpailijoille (ns private label tuote). Valittu tuote 50% kalliimpi.

8) Kohta 1604080301 Ylipurentamitta, viisto pää. Hylätty Hammasvälineen tuote puuttuvan sertifikaatin vuoksi. Tuotteella on valmistajan sertifikaatti, jota ei ole haluttu paljastaa kilpailijoille. Valittu tuote on yli 3,5 kertaa kalliimpi. Toisen valitun tuotteen hinta melkein 4,5 kertainen.

9) Kohta 1605000201 Pihtiteline alumiinia. Hammasvälineen tarjoama alumiininen teline 4 pihdille: valmistus lopettu ja pyydämme poistamaan tuotteen listalta (40665).

Pyydämme oikaisemaan hankintapäätöstä edellä mainituilta osin.

Mikko Koivisto

Tarjousanalyytikko

+3584578815195

HAMMASVÄLINE OY

PL 15, 02101 Espoo